



לכבוד:
מר משה אלמלאם אחראי בטיחות קרינה
שם המוסד: נור מד בע"מ
כתובת דואר רחוב ברודצקי 43 כניסה א רמת אביב
כתובת דוא"ל mipuim@mcra.co.il

הנדון: דו"ח סיור במפעל נור מד בע"מ

סוג בקרה: פיקוח על לשנת 2021
מס' היתר: 2029 (מספר פנימי)

1. כללי

בתאריך 04/02/2021 נערך סיור במוסד שבנדון. בסיור השתתפו מר משה אלמלאם, אחראי בטיחות קרינה, והנהלת המכון ח"מ – ממשרד להגנת הסביבה. מטרת הסיור: פיקוח על

2. ממצאי הסיור

כמפורט בטבלה 1.

3. סיכום הסיור

מצב המתקנים: תקין



יעקב ברדה
מרכז בכיר לבטיחות קרינה
מחוז תל אביב

העתק:
איתן בן עמי
ארו סולומון
מנהל יחידה סביבתית תל אביב. ben-ami_e@mail.tel-aviv.gov.il
רכז אזורי, מחלקת איכות סביבתית תל אביב.
solomon_e@mail.tel-aviv.gov.il





טבלה 1 טופס ביצוע בקרה כללית ודיווח הממצאים

מס"ד	נושא הבדיקה	סטטוס ¹	ממצאי הבקרה	דרישות
1	תיק קרינה	תקין		
2	היתרים ואישורים	תקין		
3	תכנית בטיחות קרינה ודוח הערכת סיכונים ונהלי עבודה	תקין		
4	ממונה בטיחות קרינה	תקין		
5	עובדי קרינה	לא נבדק		
6	בדיקות רפואיות	לא נבדק		
7	ניטור קרינה אישי	לא נבדק		
8	מכשירי מדידה, התאמה, תקינות וכיול	תקין	מכשיר מדידה מכייל	
9	רמות קרינה	תקין	נמדד ערך מרבי של $1 \mu\text{Sv/h}$ בספסל המתנה לפני הזרקה	
10	בדיקת דליפה	לא ישים		
11	בדיקת זיהום	לא נבדק		
12	ניטור קרינה אזורי	לא ישים		
13	מיגון מעקב ובקרה	תקין		
14	דיווח, מעקב, בקרה, וכמות מקורות	תקין		





מס"ד	נושא הבדיקה	סטטוס ¹	ממצאי הבקרה	דרישות
15	בקרת גישה, שילוט, סימון, גידור והתרעה	תקין		
16	ביגוד, סדר, ניקיון, מזון, עישון	תקין		
17	הדרכה, ידע, ריענון ותרגול	תקין		
18	אחסון חומרים ר"א	תקין		
19	סידורי פסולת ר"א	תקין		
20	התאמת הציוד והמבנה ליעודו	תקין		
21	סדרי עבודה וטיפול במקורות קרינה	לא ישים		
22	טיפול בליקויים	תקין		
23	רכב שינוע חומרים ר"א	לא ישים		





טבלה 2 - טופס ביצוע בקרת המתקנים ודיווח הממצאים

תאריך יעד למעקב	דרישות	ממצאי הבקרה	סטטוס ²	שם המתקן	מס' קבוע ²	מס' סידורי ¹
-	-	-	תקין	חדר הכנת חומרים הזרקה ופסולת – מרתף	22	1
-	-	-	תקין	חדר מיפויים מס' 1 מרתף	11	2
-	-	-	תקין	חדר מיפויים מס' 2 מרתף	44	3
-	-	-	תקין	חדר מיפויים מס' 3 מרתף	33	4

