



לכבוד:
מר רומנו גמליאל ממונה בטיחות קרינה
שם המוסד: איסטרונקס בע"מ תל אביב - יפו
כתובת דואר: רח' רוזאניס 11 תל אביב 6901800
טלפון 03-6458777 נייד 050-5730230
כתובת דוא"ל: Gal.Romano@easx.co.il

הנדון:

דו"ח ביקורת קרינה מייננת - : איסטרונקס בע"מ תל אביב

סוג בקרה: פיקוח על
מס' היתר: 8055
סוג היתר: עיסוק במתקן רנטגן,

1. כללי

בתאריך 31/05/2018 נערך סיור במוסד. בסיור השתתפו: מר גל רומנו, ח"מ – ממשרד להגנת הסביבה

מטרת הסיור: פיקוח לשנת 2018

2. ממצאי הסיור

1. הוצג דוח פינוי פסולת רדיואקטיבית
2. היתר עודכן בהתאם לשינויים האחרונים במלאי
3. יש לבצע בדיקת ממרח בחדר שבו מאוכסנים
4. לפני חידוש היתר יש לערוך רשימה של פריטים באכסון רשימה של פריטים שפוננו ורשימה של פריטים מפורקים הממתינים לפינוי

3. סיכום הסיור

מצב המתקנים: תקין
-יש לתקן את הליקויים שצוינו בטבלאות עד לתאריך היעד

יעקב ברדה
מרכז בכיר לבטיחות קרינה מחוז תל אביב



טבלה 1 - ביצוע בקרה כללית ודיווח ממצאים

מס"ד	נושא הבדיקה	סטטוס ¹	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
1	היתרים ואישורים	תקין			
2	ממונה בטיחות קרינה	תקין			
3	נהלי עבודה בשגרה ובחירום	תקין			
4	עובדי קרינה	לא ישים			
5	ניטור אישי	לא ישים			
6	בדיקות רפואיות	לא ישים			
7	מכשיר מדידה – התאמה, תקינות וכיול	לא ישים			
8	רמות הקרינה	לא ישים			
9	ניטור קרינה אזורי	לא ישים			
10	מיגון ובקרה	לא נבדק			
11	דיווח מעקב על כמות מכשירים ובקרה	תקין			
12	בקרת גישה, שילוט, סימון, גידור והתראה	לקוי	אכסון פריטים במחסן	יש להוסיף שילוט על הפריטים שבהיתר ומאוכסנים במחסן למניעת הזזה ללא	10.09.2018
13	הדרכה, ידע, ריענון ותרגול	תקין			
14	התאמת הציוד והמבנה לייעודו	תקין			





טבלה 2 – ביצוע בקרת המתקנים ודווח הממצאים.

מס' סידורי ¹	מס' קבוע ²	שם המתקן	סטטוס ³	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
1	1	מחסן מכשירים	תקין	בהתאם לטבלה 1	-	-
2	-	מריחן + ים באכסון	לא נבדק			
3	3	שפורפרת רזרבית – במחסן	תקין			

