



לכבוד:
מר' רנר גל אחראי בטיחות קרינה 44-9758-64
בנק הפועלים בע"מ
יהודה הלוי 63 תל אביב - יפו 6100000
מען למכתבים: 63 ת.ד. 27 תל אביב - יפו 6100000
gal.renner@mailpoalim.co.il
מס' היתר: 1223 (מפעל 192646)
סוג היתר: עיסוק במתקן רנטגן

הנדון: דו"ח פיקוח ובקרה

1. כללי

בתאריך 29.06.2022 נערך סיור במוסד. בסיור השתתפו: מר' מר' רנר גל אחראי בטיחות קרינה, ח"מ – ממשרד להגנת הסביבה.

מטרת הסיור: פיקוח על

2. ממצאי הסיור

המקום בהליך פינוי מכונת שיקוף, בזמן הביקור הוצג שפופרת מופרדת ממכונה לא פעילה, מספר שפופרת מוצג בעמוד 3 של דוח זה, ולפני שליחה לפינוי שילטי האזהרה הוסרו כמתבקש.

3. סיכום הסיור

יש לשמור תיק בטיחות קרינה, המכיל תיעוד מפורט של הפעילות בתחום בטיחות קרינה משנת 2012, מומלץ להחזיק גיבוי של עותק דיגיטלי.

מצב המתקן: תקין, המכונה לא עברה למצב פעיל בזמן הביקורת.

יעקב ברדה
מרכז בכיר לבטיחות קרינה מחוז תל אביב



טבלה 1 – בקרה כללית ודווח ממצאים

מס"ד	נושא הבדיקה	סטטוס ¹	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
1	היתרים – עד 18/04/2022	תקין	מכונה לא פעילה		
2	ממונה בטיחות קרינה	תקין	ממלא מקום הפך לאחראי בטיחות לאחר פרישה של אחראי בטיחות קרינה		
3	נהלי עבודה בשגרה ובחירום	תקין		-	-
4	עובדי קרינה	לא נבדק			
5	ניטור אישי	לא נבדק			
6	בדיקות רפואיות	לא נבדק			
7	מכשיר מדידה – התאמה, תקינות וכיול	לא נבדק	-		
8	רמות הקרינה	תקין			
9	ניטור קרינה אזורי	לא נבדק		-	-
10	מיגון ובקרה	תקין			
11	דיווח מעקב על כמות מכשירים ובקרה	תקין	-	-	
12	בקרת גישה, שילוט, סימון, גידור והתראה	תקין	-	-	
13	הדרכה, ידע, ריענון ותרגול	תקין	-	-	
14	התאמת הציוד והמבנה לייעודו	תקין			



טבלה 2 – בקרת מתקנים ודווח על הממצאים:

מס'ד	מספר קבוע	שם המתקן	סטטוס	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
1	1	ISORAL DS 400/P נייח כווני 160KVp 5ma שיקוף חפצים קומה 1- רחוב הנגב 7 תל אביב	בפירוק	תואם להיתר	-	-

תמונה 1 – מקט שפופרת לפני סילוק



ראש תחום וממונה קרינה מייננת, המשרד להגנת הסביבה:
מנהל הראשות לאיכות סביבה, תל אביב. ben-ami_e@mail.tel-aviv.gov.il
רכז אזורי, הראשות לאיכות הסביבה תל אביב

העתק:
שניידר אורית
תלא איתן בן עמי
ארז סולומון



המשרד להגנת הסביבה



דרך מנחם בגין 125 ת.ד. 20110 תל אביב 67102 3
טלפון 037634450 פקס 037634401 jacobbb@sviva.gov.il