



לכבוד:
ניר אליאב ממונה בטיחות קרינה
שם המוסד: א. ש. פיינטק בע"מ
מיקוד 6653210
כתובת דוא"ל: finetech.ltd@gmail.com
Nireliav7@gmail.com

הנדון: דו"ח סיור בחברת א. ש. פיינטק בע"מ

סוג בקרה: פיקוח על
מס' היתר: 1253 (מספר פנימי)

1. כללי

בתאריך 30/10/2017 נערך סיור במוסד שבנדון. בסיור השתתפו ניר אליאב מהמוסד.
מר יעקב ברדה המשרד להגנת הסביבה
מטרת הסיור: פיקוח על

2. ממצאי הסיור

לא נמצאו ליקויים.

3. סיכום הסיור

מצב המתקנים: תקין

יעקב ברדה
מרכז בכיר לבטיחות קרינה
מחוז תל אביב

העתק:
ארו סלומון רכז אזורי, מחלקת איכות סביבתית תל אביב. solomon_e@mail.tel-aviv.gov.il



שם המוסד א. ש. פיינטק מס' היתר 1253 תאריך 21/10/2015

מס"ד	נושא הבדיקה	סטטוס ¹	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
1	היתרים	תקין	היתר בתוקף עד 06/06/2018		
2	נהלי עבודה בשגרה ובחירום	תקין			
3	מכשיר מדידה – תקינות וכיול	לא ישים			
4	רמות הקרינה וזיהום	תקין			
5	ניטור אזורי	לא ישים			
6	מיגון ובקרה	לא ישים			
7	דיווח מעקב בקרה וכמות מכשירים	תקין			
8	בקרת גישה, שילוט, סימון, גידור והתרעה	תקין			
9	ידע, ריענון ותרגול	תקין			
10	ממונה בטיחות קרינה	תקין			
11	התאמת הציוד והמבנה לייעודו	תקין			

¹ תקין, לא תקין, לא ישים, לא נבדק

דרך מנחם בגין 125 ת.ד. 20110 תל אביב 67102 2

טלפון 037634450 פקס 037634401 jacobbb@sviva.gov.il





טופס ביצוע בקרת המתקנים ודיווח הממצאים

תאריך יעד למעקב	דרישות	ממצאי הבקרה	סטטוס ²	שם המתקן	מס' קבוע ²	מס' סידורי ¹
-	-	תקין	לפי היתר	חדר כספות	1	1



טופס פרטים טכניים של המכשירים

(במידה שמבצעים בדיקת מכשירים, יש להוסיף כאן, עבור כל מתקן נבדק (לפי נספח 1-ד), טבלה הבאה עם הפרטים בטכניים של המכשירים:

מס' סידורי השופרת	זרם (mA)	מתח מרבי (kVp)	סוג המכשיר ¹	נייד / נייח	מס' סידורי המכשיר	שם המכשיר	מס' סידורי
-	0.1	45	שיקוף	נייח	83888	NITON DXL-800	1



שם המוסד א. ש. פינטק מס' היתר 1253 תאריך 31/07/2014

מס"ד	נושא לבדיקה (רמת A)	סטטוס ¹	ממצאי הבדיקה
1	מתקן 1	תקין	
2	ייעוד המכשיר שיקוף	תקין	
3	מבנה חדר כספות	תקין	
4	מס' חדר 1	תקין	
5	סוג המכשיר - DXL	תקין	
6	שם החברה - Thermo	תקין	
7	דגם dxi-800	תקין	
8	מספר המכשיר 83888	תקין	
9	מתח מרבי (kVp) 45	תקין	
10	זרם (mA) 0.1-	תקין	
11	מספר שפופרת -	לא נבדק	
12	כווני	תקין	
13	נייח /	תקין	
14	מפסקי סף	לא ישים	מפסק סף וחירום בכפתור אחד
15	מפסקי חירום	תקין	
16	מפסקי השהייה	תקין	
17	תאים פוטואלקטריים	לא ישים	
18	תאורת התראה	תקין	
19	צופר	לא ישים	
20	נוהלי בטיחות מוצגים	תקין	
21	מנטר קרינה	לא ישים	
22	שלוט, סימון, גידור	תקין	
23	רמת קרינה - פיקוד	תקין	0.010 מיקרו סיוורט לשעה
24	רמת קרינה - עובדים		0.010 מיקרו סיוורט לשעה
25	רמת קרינה - סביבתית		0.010 מיקרו סיוורט לשעה
26	סדרי נעילה		חדר נעול (כספות)
27	תקינות ציוד ההפעלה	תקין	
28	מגון הצוות	לא ישים	
29	דלתות כניסה	לא ישים	
30	מערכות צפייה	תקין	
31	מערכות FAIL SAFE	לא נבדק	

דרך מנחס בגין 125 ת.ד. 20110 תל אביב 67102 5

טלפון 037634450 פקס 037634401 jacobb@sviva.gov.il



תאריך: י"ג חשוון תשע"ח
02 נובמבר 2017

מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
מחוז תל אביב



	לא ישים	עובד קרינה	32
	לא ישים	ניטור אישי	33




המשרד להגנת הסביבה

דרך מנחם בגין 125 ת.ד. 20110 תל אביב 67102 6
טלפון 037634450 פקס 037634401 jacobb@sviva.gov.il