



לכבוד:
מר' חרמון חסדאי ממונה בטיחות קרינה
בנק הפועלים בע"מ
יהודה הלוי 63 תל אביב - יפו 6100000
מען למכתבים: 63 ת.ד. 27 תל אביב - יפו 6100000
hasday.hermon@poalim.co.il
מס' היתר: 1223 (מפעל 192646)
סוג היתר: עיסוק במתקן רנטגן

הנדון: דו"ח פיקוח ובקרה

1. כללי

בתאריך 02.11.2017 נערך סיור במוסד. בסיור השתתפו: מר' חרמון חסדאי ממונה בטיחות קרינה, ח"מ – ממשרד להגנת הסביבה.

מטרת הסיור: פיקוח על

2. ממצאי הסיור טבלה 1 – בקרה כללית ודוח ממצאים

מס"ד	נושא הבדיקה	סטטוס ¹	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
1	היתרים – עד 18/04/2017	תקין			
2	ממונה בטיחות קרינה	תקין			
3	נהלי עבודה בשגרה ובחירום	תקין	-	-	-
4	עובדי קרינה	לא נבדק			
5	ניטור אישי	לא נבדק			
6	בדיקות רפואיות	לא נבדק			
7	מכשיר מדידה – התאמה, תקינות וכיול	לא נבדק	-		
8	רמות הקרינה	לא נבדק	המכונה באכסון		

דרך מנחם בגין 125 ת.ד. 20110 תל אביב 67102 1

טלפון 037634450 פקס 037634401 jacobb@sviva.gov.il





מס"ד	נושא הבדיקה	סטטוס ¹	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
9	ניטור קרינה אזורי	לא נבדק	-	-	-
10	מיגון ובקרה	תקין	-	-	-
11	דיווח מעקב על כמות מכשירים ובקרה	תקין	-	-	-
12	בקרת גישה, שילוט, סימון, גידור והתראה	תקין	-	-	-
13	הדרכה, ידע, ריענון ותרגול	תקין	-	-	-
14	התאמת הציוד והמבנה לייעודו	תקין	-	-	-

*לאחר בירור מול ממונה בטיחות וחברת טבת המלצת בודק מוסמך מתאריך 20/01/2016 על שימוש בתג קרינה, ביפר ובדיקות רפואיות טרם יושמה עקב הפעלה בתדירות נמוכה מאוד של מתקן רנטגן לשיקוף חפצים, ותיבחן שוב אם יהיה שינוי בתדירות הפעלה.



טבלה 2 – בקרת מתקנים ודווח על הממצאים:

מס'ד	מספר קבוע	שם המתקן	סטטוס	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
1	1	ISORAL DS 400/P נייח כווני 160KVp 5ma שיקוף חפצים קומה 1- רחוב הנגב 7 תל אביב	תקין	תואם להיתר	-	-

3. סיכום הסיור

מצב המתקן: תקין
המתקן באכסנה.

יעקב ברדה
מרכז בכיר לבטיחות קרינה מחוז תל אביב

ראש תחום וממונה קרינה מייננת, המשרד להגנת הסביבה:
מנהל הראשות לאיכות סביבה, תל אביב. ben-ami_e@mail.tel-aviv.gov.il
רכז אזורי, הראשות לאיכות הסביבה תל אביב

העתק:
שניידר אורית
תלא איתן בן עמי
ארז סולומון

